

質問回答書

一般競争入札公告件名:「純水・超純水製造装置 一式」の調達

No.	仕様書などの項目	質問内容	回答
1	入札参加条件 納入しようとする機器が仕様書に示す各項目を満たすことを証明する書類	【入札参加条件】納入しようとする機器が仕様書に示す各項目を満たすことを証明する書類とありますが、関連書類の中にフォームがございません。以前の入札で、「機能等証明書」のフォームがありました。今回はどのようにすればよろしいでしょうか。	納入しようとする機器が仕様書に示す各項目を満たすことを証明する書類については、任意様式となっておりますが、別添「参考様式」を使用いただいても構いません。
2	仕様書 (5)超純水用ディスペンサー (1)ディスペンサーはスタンドタイプで、装置から2.5m以上離れた場所でも使用が可能であり、採水量が調整できる機能を有すること	仕様書の超純水用ディスペンサー(1)ディスペンサーはスタンドタイプで、装置から2.5m離れた場所でも使用が可能であり～の記載について、応札予定機器が本体ディスペンサーからの採水となります。ケーブル長さが2.5mなく、ケーブル長が0.7mとなっています。離れた容器への給水は可能かと思いますが、仕様上許容範囲でしょうか。	装置(本体)から2.5メートル離れた場所において使用が不可能であれば、仕様を満たしていないこととなります。